

**ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIDAUANA**

CNPJ: 03.452.299/0001-03
R. LUIZ DA COSTA GOMES, 711
C.E.P.: 79200-000 - Aquidauana - MS

PREGÃO ELETRÔNICO

Nr.: 49/2021 - PE

Processo Administrativo: 320/2021

Data do Processo Adm.: 23/11/2021

Processo Licitatório: 320/2021

Data do Processo: 23/11/2021

ANEXO VI

Folha: 1/5

(As propostas serão abertas para julgamento às 09:00 horas do dia 10/02/2022).

Fornecedor:	E-mail:
Endereço:	Contato:
Cidade: Estado:	Telefone:
CNPJ / CPF: Inscrição Estadual:	Fax:
Validade da Proposta: Prazo Entrega/Exec.:	Condições de Pagamento:

Item	Código	Unid	Especificação	Quantidade	Marca Oferecida	Preço Unitário	Preço Total
1	3070049	UN	Conjunto Cadeira Odontológica: com estrutura em aço, estofamento de espuma injetada com revestimento em 100% PVC laminado sem costuras, 2 apoios de braços anatômicos e rebatíveis, acionamento por motor redutor elétrico (24V cc) e caixa de distribuição integrada. Possui 8 movimentos: 4 individuais, 4 automáticos sincronizados (2 posições de trabalho e Volta à Zero programáveis pelo profissional) e Last Position (última posição de trabalho acionada). Cadeira com movimentação silenciosa e suave. Controle de qualidade e processo de pintura altamente rigorosa evita a corrosão das peças metálicas. A cadeira alcança altura mínima do chão, o que auxilia na acomodação do paciente na cadeira. Ponto de giro da cadeira entre o encosto e o assento, projetado respeitando os movimentos naturais do corpo humano que evita a sensação de esmagamento e expulsão da cadeira. O estofamento é revestido com laminado 100% PVC, um material nobre e sem tramas de tecido na parte interna (exclusivo na categoria) que proporciona melhor acabamento e durabilidade. Disponível em cores modernas e com diversos tipos de acabamento: brilho, fosco, metálico, holográfico e textura de Couro Dental (permite correta assepsia), mesa equipo - Suporte dos instrumentos integrado à mesa e escalonado, com 04 terminais para alta e baixa rotação, evita a queda involuntária dos instrumentos e facilita a limpeza. Regulagem externa do ar e da água do spray dos instrumentos realizada pelo próprio Dentista. Mesa projetada em material de alta tecnologia e com proteção UV, que evita o amarelamento das peças. A regulagem da água e do ar spray dos instrumentos pode ser realizada de forma prática e rápida pelo próprio dentista, Sistema Flush* Tecnologia que realiza a desinfecção da parte interna das mangueiras, sem a necessidade de chamar um técnico. Suporte dos instrumentos com inclinação de 45°, que facilita o manuseio e favorece a saúde do profissional, refletor - de 3 leds fechado, mais seguro e prático, com dupla pega mão para dentista e assistente. Liga e desliga sincronizado com os movimentos automáticos da cadeira. Gera luz fria (cor branca neutra) que impede desvios de identificação das cores da resina. Braço totalmente articulado permite iluminação na arcada inferior lingual e atendimento de	2,000			

Local e Data:

Carimbo e Assitura do Fornecedor

ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIDAUANA

CNPJ: 03.452.299/0001-03
R. LUIZ DA COSTA GOMES, 711
C.E.P.: 79200-000 - Aquidauana - MS

PREGÃO ELETRÔNICO

Nr.: 49/2021 - PE

Processo Administrativo: 320/2021

Data do Processo Adm.: 23/11/2021

Processo Licitatório: 320/2021

Data do Processo: 23/11/2021

ANEXO VI

Folha: 2/5

Item	Código	Unid	Especificação	Quantidade	Marca Oferecida	Preço Unitário	Preço Total
			pacientes cadeirantes. Regulagem de três intensidades luminosas de 10.000, 20.000 e 30.000 LUX (+/- 15%) possibilita iluminação mínima durante a preparação da resina, evitando a fotopolimerização precoce, pedal móvel e com todas as funções integradas. Facilidade de uso e mais espaço para a movimentação do profissional durante os tratamentos. Aciona as funções da cadeira, refletor e controle progressivo da rotação dos instrumentos. Aderente ao piso e construído com material resistente e de fácil assepsia, suctora - Desenvolvida por meio de processos de fabricação de alta tecnologia que garantem ao produto durabilidade e resistência. Suctora rebatível com giro de 45° auxilia a aproximação da assistente à cadeira. Porta detritos de fácil acesso localizado na mangueira de sucção. Acompanha cuba de porcelana autoclavável. Com: Comando de Cadeira, Cabeceira, Refletor, Equipo, Unidade Auxiliar, Cuba, Seringa Triplíce, Peça Reta, Contra-ângulo, Micro-Motor, Caneta de Rotação, Terminais. (Marcas: Gnatus, Dabi Atlante, Saevo) (03-07-0049)				
2	3070050	UN	AUTOCLAVE VITALE CLASS AÇO INOS 21L - BIVOLT - Embalagem c/ 01 autoclave, 03 bandejas de alumínio anodizado, 01 suporte p/ bandeja, 01 copo graduado, 01 braçadeira, 1,5m de mangueira e 01 manual de instruções. Dimensões Autoclave: 38 x 38 x 55 cm (L x A x P) / Câmara: 25 x 43 cm (D x P) Peso Líquido 23,3 kg Peso Bruto 25,9 Kg. Consumo de Energia 485 Watts/hora. Potência 1.600 Watts Voltagem Bivolt Automático Frequência 50/60 Hz. Programa único de Esterilização. Tampa e câmara em aço inox que facilita a limpeza. (Sercon, Gnatus, Cristófoli) (03-07-0050)	3,000			
3	3070051	UN	COMPRESSOR A SECO (ISENTO DE ÓLEO) 2 PISTÕES K630 1 HP - Volume do Reservatório: 30 litros Pressão Máxima: 120 libras/min Deslocamento Teórico: 6,0 pés ³ /min (170 litros/min) Potência do Motor: 1 HP - 0,75kw Tipo de Motor: monofásico aberto ISENTO DE ÓLEO (SCHULZ, SCHUSTER, SIAC) (03-07-0051)	3,000			
4	3070052	UN	FOTOPOLIMERIZADOR - LED - Sem fio, Sem Radômetro. Potência luminosa de 1200 mW/cm ² ; Tempos de Fotopolimerização de 20 ou 40 segundos; Bip's d e 10 em 10 segundos; Tensão de Operação: 90 a 250V automático e estabilizado; Design anatômico e peso reduzido; Tempo indicado por 2 cores (verde e vermelho); Corpo do aparelho em alumínio liso tratado; Ponteiras condutoras de luz, passível de desinfecção química (não autolavável), encaixe rígido e giratório de 360°, permitindo acesso a todos os quadrantes, sendo uma com diâmetro de 8mm (extremo bucal - polimerização para 1 dente) ou com 20mm x 15mm (extremo bucal - clareamento para 3 dentes); Peso: 50g - Produto Certificado pelo Inmetro. (Schuster Emitter A, Valo Cordless, Kavo) (03-07-0052)	2,000			

Local e Data:

Carimbo e Assitura do Fornecedor

ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIDAUANA

CNPJ: 03.452.299/0001-03
R. LUIZ DA COSTA GOMES, 711
C.E.P.: 79200-000 - Aquidauana - MS

PREGÃO ELETRÔNICO

Nr.: 49/2021 - PE

Processo Administrativo: 320/2021

Data do Processo Adm.: 23/11/2021

Processo Licitatório: 320/2021

Data do Processo: 23/11/2021

ANEXO VI

Folha: 3/5

Item	Código	Unid	Especificação	Quantidade	Marca Oferecida	Preço Unitário	Preço Total
5	3062812	UN	BIOMBO PLUMBIFERO- COM VISOR PLUMBÍFERO 10 X 15CM. 180 CM X 80CM X 1MM. ARMAÇÃO DE AÇO. ACABAMENTO EM POLIKROY. VALIDADE: INDETERMINADA. GARANTIA DE FABRICAÇÃO: 3 MESES. (03-06-2812)	2,000	_____	_____	_____
6	3070053	UN	RAIO X TIMEX 70E COLUNA MÓVEL - Exclusiva Tecnologia Green com 95% menos chumbo. Leveza e precisão nos movimentos. Sua movimentação é suave, precisa, de fácil manuseio e excelente estabilidade. Controle digital ergonômico com cabo removível. Com controle centesimal de tempo através de microprocessador. Seletor em painel lexan de alto-relevo. Todas as funções do aparelho são comandadas pelo controle digital, conectado com cabo espiralado de 5 metros. 21 Intervalos de tempo de exposição padronizados. O Raios-X Timex 70E permite inclusive operações com tomadas centesimais a partir de 0,06 segundos. Os tempos padronizados permitem a realização de radiografias conforme estabelecido pela Norma NBR IEC 60.601-2-7. Escala de angulação do cabeçote. Rotação de 300° com indicação na parte traseira e dianteira do cabeçote. Novo sistema de articulação do cabeçote. Fácil posicionamento do cabeçote sem esforço do operador. Facilita a substituição caso necessário. Produto com certificado INMETRO. Norma NBR IEC-60601-1, NBR IEC-60601-2-7 e NBR IEC-601-1-1-3. Acompanha o Raios-X Timex 70E. Certificado de Qualidade. Laudo de ensaio - atesta que as radiações de fuga do aparelho estão dentro dos padrões estabelecidos pela Portaria SVS 453. Produto pronto para o sistema digital. Fator de resfriamento: 1:30s. Tensão da rede: 127V/60Hz / 220V/60Hz / 220V/50Hz / 230V/50Hz / 240V/50Hz. (03-07-0053)	2,000	_____	_____	_____

Local e Data:,/...../.....

Carimbo e Assitura do Fornecedor

ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIDAUANA

CNPJ: 03.452.299/0001-03
R. LUIZ DA COSTA GOMES, 711
C.E.P.: 79200-000 - Aquidauana - MS

PREGÃO ELETRÔNICO

Nr.: 49/2021 - PE

Processo Administrativo: 320/2021

Data do Processo Adm.: 23/11/2021

Processo Licitatório: 320/2021

Data do Processo: 23/11/2021

ANEXO VI

Folha: 4/5

Item	Código	Unid	Especificação	Quantidade	Marca Oferecida	Preço Unitário	Preço Total
7	3070054	UN	ULTRASSOM ODONTOLÓGICO - é um aparelho conjugado de ultrassom piezoelétrico com caneta e jato de bicarbonato de sódio para profilaxia do cálculo e do biofilme não mineralizado. * Possui gabinete construído em plástico resistente composto por corpo (base) e tampa. * O painel é confeccionado em policarbonato autoadesivo, localizado na parte frontal do gabinete que possui as funções e comando do equipamento. * A pressurização interna do ar e da água ocorre nos terminais de entrada, e através das válvulas solenoides é possível o corte e a aspiração simultaneamente. * Possui registros de água e ar que permite o ajuste fino e possibilita o trabalho conforme a necessidade de cada operação. * A peça de mão do ultrassom possui um transdutor montado com pastilhas cerâmicas piezoelétricas que acoplado ao dispositivo eletrônico, fornece oscilações com frequências entre 29 KHz e 32 KHz. * Possui um controle da potência ultrassônica, sendo ajustável conforme a necessidade de cada operação. * A peça de mão do jato de bicarbonato é constituída de um difusor concêntrico que efetua a mistura do ar, água e bicarbonato a uma pequena distância da ponta. * Possui um sistema que disponibiliza um reservatório para bicarbonato com o recipiente removível e filtro de ar para drenagem de resíduos líquidos condensados. * Possui pedal de comando para acionamento e as capas das peças de mão do ultrassom e jato de bicarbonato são removíveis e autolaváveis. Itens de Série: * Possui 3 insertos* Chave para insertos * Fusível 1A Especificações: * Tensão: Bivolt (127V / 220V) * Potência: 42 Va * Frequência: 50/60 Hz * Frequência do Ultrassom: 29 a 32 KHz * Pressão de Entrada de Ar: 483 kPa a 552 kPa * Dimensões: 17 cm de altura x 20,5 cm de largura x 27 cm de comprimento * Peso: 3,7 Kg (03-07-0054)	4,000			
8	3070055	UN	MESA AUXILIAR ODONTOLOGICA GAVETEIRO 321 - Cor da Frente e Laterais: Branca Cor do Puxador: Azul Altura: 75 cm Descrição: Gaveteiro com tampo com abas, composto por 03 gavetas de 06 cm e 02 gavetas de 12cm, ambas com bojos em ABS cantos arredondados e 01 gaveta de 24cms com fundo de madeira e laterais de aramado. Qualidade Módulos: Fabricados em MDF e Compensado com as frentes das gavetas em post-forming 90, correções de aço com pintura epóxi e puxador modelo italianos com ponteiros cromadas e pintura epóxi. Gavetas plásticas em poliestireno 4mm moldadas com vácuum-forming, cantos arredondados. (03-07-0055)	2,000			

Local e Data:,/...../.....

Carimbo e Assitura do Fornecedor

ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIDAUANA

CNPJ: 03.452.299/0001-03
R. LUIZ DA COSTA GOMES, 711
C.E.P.: 79200-000 - Aquidauana - MS

PREGÃO ELETRÔNICO

Nr.: 49/2021 - PE

Processo Administrativo: 320/2021

Data do Processo Adm.: 23/11/2021

Processo Licitatório: 320/2021

Data do Processo: 23/11/2021

ANEXO VI

Folha: 5/5

Item	Código	Unid	Especificação	Quantidade	Marca Oferecida	Preço Unitário	Preço Total
9	3070056	UN	EQUIPO CART ODONTOLÓGICO - Projetado dentro de modernos conceitos ergonômicos, permite total mobilidade dentro do consultório. Leve e estável em virtude dos materiais nele utilizados, proporciona produtividade sem fadiga. Sua bandeja é ampla e permite a colocação de instrumental de uso constante, bem como a manipulação de materiais dentários. As mangueiras tipo Oblate, sem cantos ou estrias, permitem uma perfeita desinfecção. São leves e não provocam tensão, mesmo durante longos períodos. Este modelo possui 03 terminais de série, sendo 01 terminal com seringa triplice e 02 terminais Borden (para Alta ou Baixa Rotação) Estes instrumentos ativos, normalmente chamados de peças de mão, utilizam para o seu funcionamento, líquido para refrigeração (água), ar comprimido e eletricidade. Acompanha seringa. Código: 74246314. Código de barras: 7890133200780. (03-07-0056)	1,000			

Local e Data:,/...../.....

Carimbo e Assitura do Fornecedor